

Kraków, 2016-06-21

64 L.dz. AQ, ZP, 76.2016.....

**WYKONAWCY wg rozdzielnika**  
**Strona internetowa**  
**Strona podmiotowa BIP**  
**Zamawiającego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. roku „o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016” – zwaną dalej ustawą na dostawę chromatografu gazowego z detektorem masowym, nr sprawy: ZP-76/2016.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie odpowiada na pytania dot. treści zapytania i zmienia treść zapytania cenowego:

1. Czy Zamawiający dopuszcza dozownik S/SL bez możliwości programowania 3 narostów temperatur, natomiast z dokładnością ustawień ciśnień na poziomie 0,001 psi i zakresem roboczym do 680 kPa?  
Odp.  
Zamawiający dopuszcza dozownik S/SL bez możliwości programowania 3 narostów temperatur.  
Zamawiający nie dopuszcza dozownika S/SL z dokładnością ustawień ciśnień na poziomie 0,001 psi i zakresem roboczym do 680 kPa.
2. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie w języku angielskim z pełnymi instrukcjami w języku polskim i pracujący w środowisku systemu operacyjnego w języku angielskim?  
Odp.  
Tak.

Powyższe staje się integralną częścią zapytania. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Sporz. 1 egz.

Przesłano wykonawcom pocztą elektroniczną  
Zamieszczono na stronie internetowej KWP w Krakowie  
Zamieszczono na stronie podmiotowej BIP KWP w Krakowie

STARSZY SPECJALISTA  
Wydziału ds. Zamówień Publicznych  
Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie

mgr inż.  Lucyna Wcisło