



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
w KRAKOWIE

Kraków, 2016-06-21

64 L.dz. AQ ZP. 76. 2016

WYKONAWCY wg rozdzielnika
Strona internetowa
Strona podmiotowa BIP
Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016” – zwaną dalej ustawą na dostawę chromatografu gazowego z detektorem masowym, nr sprawy: ZP-76/2016.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie odpowiada na pytania dot. treści zapytania i zmienia treść zapytania cenowego:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści system Agilent 5977B z pompą próżniową turbomolekularną o wydajności 255 l/sek dla He?

Odpowiedź:

Tak.

Powyższe staje się integralną częścią zapytania. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Sporz. 1 egz.

Przesłano wykonawcom pocztą elektroniczną

Zamieszczono na stronie internetowej KWP w Krakowie

Zamieszczono na stronie podmiotowej BIP KWP w Krakowie

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie

mgr inż.  Lucyna Wcisło